

黄冈市生态环境局蕲春县分局

蕲环批函〔2024〕007号

关于蕲春县仁瑞医院项目环境影响报告表的批复

蕲春县仁瑞医院：

你院报送的《蕲春县仁瑞医院项目环境影响报告表》（报批本）已收悉。根据专家审查意见，结合项目实际情况，经研究，批复如下：

一、蕲春县仁瑞医院总投资 300 万元，环保投资 20 万元，在蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110（泰安路侧门 1-2 层）新建蕲春县仁瑞医院项目。项目占地面积 415 m²，总建筑面积为 830 m²，建成后，共设置 22 张床位（无传染病床）。项目已建成投入营运。经审查，该项目符合《产业结构调整目录（2024 年本）》相关要求，在落实本项目环评报告表各项污染防治措施的基础上，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和环境管理中，你院必须落实相关环保措施和要求，确保各项污染物达标排放，在满足总量考核指标的情况下，着重做好以下工作：

1、加强废气污染防治。项目大气污染物主要为污水处理站臭气。项目污水处理站设置于门诊楼一楼西北侧室内，产生臭气通过密闭相关污水处理单元减少逸散，NH₃、H₂S、臭气浓度

排放应符合《《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“周边大气最高允许浓度”限值。

2、加强废水污染防治。项目废水主要为医疗废水，项目医疗废水经自建一体化污水处理站（格栅→调节池→混凝反应池→沉淀池→消毒池，规模为5m³/d）处理达标后进入城区市政污水管网，排放应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及蕲春兴龙污水处理厂接管标准中较严者。

3、加强噪声污染防治。项目应选用低噪声设备，对噪声设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，合理布局，加强绿化等措施，确保项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、加强固体废物污染防治。项目固体废物主要为生活垃圾、危险废物（污水处理站污泥、栅渣、医疗废物）。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理；危险废物设置危废暂存间分类收集，定期交由有资质单位处理。

6、项目必须加强环境管理和运行监控，加强风险防范，落实各项应急措施，完善环境风险应急预案，杜绝环境风险事故发生。


三、项目建设必须严格执行《报告表》及我局批复的要求，进一步完善污染防治和风险防范措施。该项目运营前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请核发排污许可证，本项目环评文件以及批复中与

污染物排放相关的主要内容应当载入排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你院必须按规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制验收报告。在环境保护设施查验过程中，应如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收合格后方可投入生产和使用。

四、本批复下达后，国家相关法规、政策、标准有新变化的，按新要求执行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。


2024年3月19日

附件 2 营业执照



附件 3 承诺函

承诺函

我院在《蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收监测报告表》编制中所提供的基础资料主要包括建设内容、床位数、原辅材料、设备等。在项目竣工验收期间真实可信，不存在弄虚作假。

特此承诺！



附件 4 工况证明

工况证明

“蕪春县仁瑞医院项目”在竣工验收监测期间（2024年6月16日--2024年6月17日），主体工程运行稳定，环保设施运行正常，工况见下表：

监测日期	名称	设计规模	实际规模	使用情况	使用负荷
2024年6月16日	床位	设置22张	设置22张	10张	45.45%
2024年6月17日	床位	设置22张	设置22张	10张	45.45%

特此证明。

单位（盖章）：蕪春县仁瑞医院

日期：2024年6月20日



附件5 医疗废物处置协议、资质

医疗废物委托处置协议

(适用于乡镇医疗机构)

协议编号: HGLZ[2024]年X20066号

甲方: 蕲春县仁瑞医院

乙方: 黄冈市隆中环保有限公司

地址: 蕲春县浠水镇泰和路555号

地址: 黄冈市黄州火车站化工园

邮箱: _____

邮箱: lzhb0606@yahoo.com.cn

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》的要求,为解决医疗废物对环境的污染,保护环境和保障人民身体健康,对黄冈市医疗废物集中进行无害化处置。甲、乙双方经友好协商,达成如下协议:

一、集中处置内容:

本协议所指的集中处置的医疗废物是指《医疗废物分类目录》中所列的HW01医疗废弃物。医疗废物严禁混合收集,病理性废物应交火葬场火化;药物性废物及化学性废物按国家有关规定交专门机构处置。

隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物,按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等法规的有关规定进行收集、贮运,并加以标识,严禁将生活垃圾、建筑垃圾等混入医疗废物中。

二、合作内容:

1、甲方现状:医疗机构等级: _____; 性质: _____; 现有实际开放床位数: _____; 村卫生室(含门诊部、个体诊所) _____个。

2、甲方作为医疗废物的产生单位,委托乙方进行医疗废物的处置。乙方作为专业废物处置单位,必须依据环保规范进行安全处置。

3、甲方产生的医疗废物按《医疗废物分类目录》中所列的感染性废物、损伤性废物进行分类、分装封口,存放于医疗废物暂存间;乙方到甲方指定的暂存场所提取医疗废物,负责运输到乙方处置场所进行无害化处置。

4、乙方按有关要求收集辖区内(含村卫生室、门诊部、个体诊所)医疗废物,甲、乙双方核对数量、种类并按相关规定办理转移手续。

5、甲、乙双方各指定专人负责联络、协调医疗废物转运交接工作,甲方指定 _____ (电话: _____) 为工作联系人,乙方指定 _____ (电话: _____) 为 _____ 乡镇业务负责人,指定 _____ (电话: _____) 为工作联系人。

三、甲方的权利和义务

1、严格按有关规定将辖区内所有医疗机构(含村卫生室、门诊部、个体诊所)医疗废物进行收集、分类包装,存放于专门的贮存场地,并指派专人负责,加强管理,防止医疗废物流失或二次污染。

2、严格管理乙方提供的医疗废物包装袋,不得挪为他用。

3、甲方有权对乙方处置过程进行监督,若发现乙方处置不当或违反要求,有权要求乙方立即改正并向有关部门举报。

4、甲方代乙方按有关规定收取辖区内所有医疗机构(含村卫生室、门诊部、个体诊所)的医疗处置费,应单独列帐,专款专用,如数上缴。

5、自觉接受乙方、政府相关部门及居民的监督。

四、乙方的权利和义务

- 1、乙方应及时收运甲方的医疗废物。若遇特殊情况，如道路、天气以及市政设施变化等原因，确实无法及时收运时，乙方应通知甲方协商解决。
- 2、加强管理，严格执行医疗废物接收及转移联单管理制度，防止医疗废物在运输或处置过程中流失或产生二次污染，严格按国家专业技术规范进行医疗废物无害化处置。
- 3、提供医疗废物运输的包装袋。
- 4、自觉接受甲方、政府相关部门及居民的监督。

五、收费标准、结算方式

1、收费标准：根据黄冈市发展和改革委员会、黄冈市卫生健康委员会、黄冈市生态环境局《关于黄冈市医疗废物处置收费标准及有关事项的通知》（黄发改价格[2022]486号）文件规定的收费标准执行。设有床位按每床每日按1.35元收取，没有设置床位的医疗机构按45元/月，540元/年收取。

甲方本院按实际住院病人床位数年缴纳医疗废物处置费 540.00 元，其它机构年交 540.00 元，年度共计上交 540.00 元。

2、结算方式：甲方与乙方按季度结算，下一季度首月末之前将医疗废物处置费及时支付到乙方以下帐户：

户名：黄冈市隆中环保有限公司
开户行：湖北黄冈农村商业银行火车站支行
帐号：8201 0000 0000 25147

六、违约责任

- 1、甲方应严格按照《医疗废物分类目录》中的分类要求进行操作，如发现未按要求分类，乙方将退回医疗废物，由此引起的人员感染事故及其他责任，应当由甲方全部承担。
- 2、甲方应如实上报上年的实际开放床位数、病人住院床日数和其它医疗机构数，作为当年上缴医疗废物处置费参考数据。若存在瞒报情况，乙方有权要求有关部门协助核实。
- 3、甲方应按时支付乙方处置费用，如超过时限20天，乙方将暂停服务，暂停服务期间所衍生的责任由甲方负责，并承担乙方的损失。逾期二个月不缴纳医疗废物处置费用，将按四家单位关于印发《黄冈市医疗废物管理办法》的通知（黄环发[2009]69号）文件要求上报有关部门处理。
- 4、乙方应按要求及时收集医疗废物，处置中产生的后果由乙方承担，如造成甲方损失或二次污染，承担相应的责任和损失。
- 5、乙方处置医疗废物应符合相关环保要求，处置中出现问题由乙方承担相关责任。

七、其它

- 1、本协议有效期壹年，自2024年6月1日至2025年5月31日。
- 2、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。

甲方：黄冈市隆中环保有限公司

乙方：黄冈市隆中环保有限公司

法人代表：[Signature]

法人代表：[Signature]

委托代理人：[Signature]

委托代理人：[Signature]

日期：2024年6月1日

日期：2024年6月1日



统一社会信用代码
914211007881770119

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 黄冈市隆中环保有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 叶安南

经营范围 医疗废物、工业废物的收集、处置；普通货物运输、危险货物运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本 壹仟叁佰万圆整

成立日期 2006年05月24日

营业期限 2006年05月24日至2026年05月23日

住所 黄冈市黄州区陈策楼张家铺村



登记机关
2019年12月05日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



危险废物 经营许可证

编号: HG42-11-02-0005

发证机关: 黄冈市生态环境局
发证日期: 2023年11月1日



法人名称 黄冈市隆中环保有限公司

法定代表人 叶安南

住所 黄冈市黄州区陈策楼镇张家铺村

处理设施地址 黄冈市黄州区火车站经济开发区普冈化工园(陈策楼镇张杨路)
(经度E:115° 1' 14", 纬度N:30° 34' 17")

核准经营方式 收集、贮存、处置

核准经营危险废物类别

HW01医疗废物 (841-001-01, 841-002-01, 841-003-01, 841-004-01, 841-005-01)

核准经营规模 张杨路(老厂区) 3600吨/年

核准经营规模 自 2023年11月1日 至 2028年10月31日

初次发证日期: 2012年11月1日

附件 6 检测报告



黄冈博创检测技术服务有限公司

HUANGGANG BO CHUANG DETECTION TECHNOLOGY SERVICE CO., LTD.

检测报告

鄂 B&C (2024) [检]字 060210 号



项目名称:	蕲春县仁瑞医院项目
委托单位:	蕲春县仁瑞医院
检测类别:	委托检测
编制日期:	2024 年 6 月 27 日

黄冈博创检测技术服务有限公司



说明

- 1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。
- 2、报告无本单位“检验检测专用章”、骑缝章、**CMA**章及校核、审核、授权签字人签字无效。
- 3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。
- 4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”仍无效。
- 5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以邮戳为准）向本单位提出书面要求，逾期不予受理；受理后仍有异议的，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可本报告检测结果。
- 6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

本机构通讯资料：

黄冈博创检测技术服务有限公司

地址：湖北省黄冈市黄州区新港北路19号

黄冈光谷联合科技城A2幢101号



电话：0713-8100389

邮政编码：438000

电子邮箱：hgbcjc@126.com

1、项目概况

受蕲春县仁瑞医院委托，我公司于 2024 年 6 月 16 日~2024 年 6 月 17 日对蕲春县仁瑞医院项目的无组织废气、废水和噪声现状进行了现场监测，根据现场监测、实验室分析结果，编制了此报告。

2、监测内容

根据委托单位的要求，按照国家规定的相关技术规范，对该项目所在区域的无组织废气、废水和噪声现状进行了现场监测。具体监测内容见表 1。

表 1 采样信息一览表

监测类型	监测点位	测点编号	监测项目	监测频次
无组织 废气	西北侧厂界外，上风向	G1	氨、硫化氢、臭气浓度	3 次/天， 监测 2 天
	东南侧厂界外，下风向	G2		
废水	废水总排口	W1	pH、悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮、 阴离子表面活性剂、粪大肠菌群	4 次/天， 监测 2 天
噪声	东南侧厂界外 1m 处	N1	等效连续 A 声级	昼夜间 各 1 次， 监测 2 天
	西南侧厂界外 1m 处	N2		
	西北侧厂界外 1m 处	N3		

3、检测项目、依据、方法及仪器

检测项目、检测依据、分析及仪器详见表 2。

表 2 检测项目、检测依据、方法检出限、仪器设备一览表

检测项目	检测依据	检测分析方法	检出限	检测仪器、设备	
无组织 废气	氨	HJ 533-2009	纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³	721G 可见分光光度计
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	亚甲基蓝 分光光度法	0.001mg/m ³	721G 可见分光光度计
	臭气浓度	HJ 1262-2022	三点比较式臭袋法	/	聚酯无臭袋、 玻璃采样瓶



检测项目	检测依据	检测分析方法	检出限	检测仪器、设备	
废水	pH	HJ 1147-2020	电极法	/	PHB-4 型便携式 pH 计
	悬浮物	GB 11901-89	重量法	4mg/L	FA2204 电子天平
	化学需氧量	HJ 828-2017	重铬酸盐法	4mg/L	JHR-2 型节能 COD 恒温加热器
	五日生化需氧量	HJ 505-2009	稀释与接种法	0.5mg/L	SPX-250B-ZII 生化培养箱
	氨氮	HJ 535-2009	纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	721G 可见分光光度计
	阴离子表面活性剂	GB 7494-87	亚甲蓝分光光度法	0.05mg/L	721G 可见分光光度计
	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018	多管发酵法	20MPN/L	SPX-150B 生化培养箱
噪声	GB 12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	/	AWA6228+型声级计 AWA6221A 型校准器	

4、质量控制措施

- (1) 本次检测公司所有采样、检测人员均持证上岗。
- (2) 本次检测所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。
- (3) 检测数据和报告实行三级审核制度。
- (4) 严格按照国家标准与技术规范实施检测。
- (5) 检测过程实行空白检测、重复检测、加标回收、控制样品分析等质控措施，确保检测数据的准确性，质控统计详见表 3。

表 3-1 全程空白样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测结果	质控评价
无组织废气	氨	mg/m ³	ND	合格
	硫化氢	mg/m ³	ND	合格
废水	化学需氧量	mg/L	ND	合格
	氨氮	mg/L	ND	合格
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。



中国·湖北·黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话：0713-8100389

邮箱：hgbcjc@126.com

表 3-2 平行双样检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	检测值 A	检测值 B	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	质控评价
废水	化学需氧量	mg/L	34	31	4.6	10	合格
	五日生化需氧量	mg/L	9.5	9.4	0.5	20	合格
	氨氮	mg/L	0.200	0.191	2.3	15	合格
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	0	5	合格

备注：ND 表示检测结果低于方法检出限。

表 3-3 有证标准物质检测结果统计一览表

样品类型	检测项目	单位	质控方式	质控结果	质控评价
无组织 废气	氨	mg/L	质控样 206917, 0.797±0.038	0.791	合格
	硫化氢	mg/L	质控样 B22110233, 2.36±0.18	2.24	合格
废水	pH	无量纲	质控样 2021107, 7.36±0.04	7.38	合格
	化学需氧量	mg/L	质控样 2001182, 31.7±2.8	31.4	合格
	五日生化需氧量	mg/L	质控样 200271, 31.8±4.7	29.5	合格
	氨氮	mg/L	质控样 2005183, 1.11±0.05	1.08	合格
	阴离子表面活性剂	mg/L	质控样 204431, 0.523±0.051	0.525	合格

表 3-4 声级计校准结果统计一览表

校准时间	声级计型号	测量前校准值	测量后校准值	校准示值允许偏差	评价
2024 年 6 月 16 日	AWA6228+	93.7dB(A)	93.8dB(A)	94.0±0.5dB(A)	合格
2024 年 6 月 17 日	AWA6228+	93.7dB(A)	93.8dB(A)	94.0±0.5dB(A)	合格

5、检测结果

5.1 无组织废气检测结果详见表 4。

表 4 无组织废气检测结果一览表

监测时间	检测项目	测点 编号	检测结果 (臭气浓度无量纲, 其他 mg/m ³)			监测期间 气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2024 年 6 月 16 日	氨	G1	0.05	0.03	0.04	晴, 33~34℃ 西北风 1.8m/s, 气压 99.5Kpa
		G2	0.08	0.10	0.10	
	硫化氢	G1	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
		G2	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
	臭气 浓度	G1	<10	<10	<10	
		G2	<10	<10	<10	



监测时间	检测项目	测点编号	检测结果 (臭气浓度无量纲, 其他 mg/m ³)			监测期间气象参数
			第一次	第二次	第三次	
2024 年 6 月 17 日	氨	G1	0.03	0.04	0.03	多云, 31~32°C 西北风 1.8m/s, 气压 99.5Kpa
		G2	0.09	0.11	0.08	
	硫化氢	G1	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
		G2	ND (0.001)	ND (0.001)	ND (0.001)	
	臭气浓度	G1	<10	<10	<10	
		G2	<10	<10	<10	

备注: ND 表示检测结果低于方法检出限。

5.2 废水检测结果详见表 5。

表 5 废水总排口检测结果一览表

监测时间	检测项目	单位	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2024 年 6 月 16 日	pH	无量纲	7.3	7.2	7.3	7.4
	悬浮物	mg/L	6	7	7	7
	化学需氧量	mg/L	32	26	28	33
	五日生化需氧量	mg/L	9.4	8.6	9.0	9.7
	氨氮	mg/L	0.196	0.219	0.231	0.172
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND (0.05)	ND (0.05)	ND (0.05)	ND (0.05)
	粪大肠菌群	MPN/L	<20	<20	<20	<20
2024 年 6 月 17 日	pH	无量纲	7.4	7.2	7.2	7.5
	悬浮物	mg/L	6	6	6	6
	化学需氧量	mg/L	29	30	38	31
	五日生化需氧量	mg/L	9.1	9.1	10.3	9.2
	氨氮	mg/L	0.189	0.217	0.180	0.186
	阴离子表面活性剂	mg/L	ND (0.05)	ND (0.05)	ND (0.05)	ND (0.05)
	粪大肠菌群	MPN/L	<20	<20	<20	<20

备注: ND 表示检测结果低于方法检出限。

5.3 噪声检测结果详见表 6。



中国·湖北·黄冈市黄州区新港北路 19 号黄冈光谷联合科技城 A2 幢 101 号

联系电话: 0713-8100389

邮箱: hgbcj@126.com

博创检测

表 6 噪声检测结果一览表

监测时间	测点编号	监测点位	测量值/dB(A)	
			昼间 (6:00--22:00)	夜间 (22:00--6:00)
2024 年 6 月 16 日	N1	东南侧厂界外 1m 处	59	48
	N2	西南侧厂界外 1m 处	58	47
	N3	西北侧厂界外 1m 处	56	47
2024 年 6 月 17 日	N1	东南侧厂界外 1m 处	58	48
	N2	西南侧厂界外 1m 处	57	47
	N3	西北侧厂界外 1m 处	56	46

6. 声明

本检测报告仅适用于蕲春县仁瑞医院项目 2024 年 6 月 16 日~2024 年 6 月 17 日的无组织废气、废水和噪声现状。检测数据仅代表检测期间相应条件下随机抽样的检测结果，不适用于其它时段。

编制人： 孙丹 审核人： 刘永

签发人： 江江 签发日期： 2024.6.17

*****报告结束*****



附图：现场监测照片及现场监测点位图



现场监测照片



现场监测点位图



附件 7 排污登记回执

固定污染源排污登记回执

登记编号：91421126MABLTEBW4Y001Z

排污单位名称：蕲春县仁瑞医院

生产经营场所地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇夏漕社区
金色家园5-S-110

统一社会信用代码：91421126MABLTEBW4Y

登记类型：首次 延续 变更

登记日期：2024年06月17日

有效期：2024年06月17日至2029年06月16日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

附件 8 公众意见调查表

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	袁蒙	性别	男	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	个体户	民族	汉	受教育程度		电话	15571252662	
居住地址	金色家园	方位		方向	米	身份证号码	421126199405041732	
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110（泰安路侧门 1-2 层），总投资 300 万元，其中环保投资 20 万元，设置 22 张床位（无传染病床）。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元，加强通风及绿化来减少逸散；医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响；柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响；项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理，处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池（活性氧消毒），处理能力为 5m³/d；项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备，合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响；项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置；污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016），目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作，现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议，请您填写公众参与意见调查表，多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因）	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的具体情况说明	无							
公众对项目不满意的具体意见	无							
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有							

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	张月	性别	女	年龄	<input checked="" type="checkbox"/> <30岁	<input type="checkbox"/> 30-39岁	<input type="checkbox"/> 40-50岁	<input type="checkbox"/> >50岁
职业	职工	民族	汉	受教育程度	高中	电话	15811465781	
居住地址	金色家园	方位		方向	米	身份证号码	A2112619909060702	
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的 具体情况说明	无							
公众对项目不 满意的具体意 见	无							
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建议	没有							

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	肖晓曼	性别	女	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	护士	民族	汉	受教育程度	高中	电话	13625858944	
居住地址	金色家园	方位		方向	米	身份证号码	4221281961028010	
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的具体情况说明	无							
公众对项目不满意的具体意见	无							
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有							

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	黄子梦	性别	女	年龄	<30岁 <input checked="" type="checkbox"/> 30-39岁 <input type="checkbox"/> 40-50岁 <input type="checkbox"/> >50岁 <input type="checkbox"/>
职业	职员	民族	汉	受教育程度	高中 电话 1887915711
居住地址	新儿	方位		方向 米	身份证号码 37028219940501723
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的 具体情况说明	无				
公众对项目不 满意的具体意 见	无				
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建议	没有				

蕨春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	徐胜全	性别	男	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	人	民族	汉	受教育程度	小学	电话	13257171610	
居住地址	金色家园	方位	方向	米	身份证号码	421261928051115		
项目基本情况	<p>项目位于蕨春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕨春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》, 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》, 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的具体情况说明	无							
公众对项目不满意的具体意见	无							
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有							

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	韩春桃	性别	女	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	居民	民族	汉	受教育程度	小学	电话	1377358181	
居住地址	金家河	方位	方向	米	身份证号码	422128197305042828		
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的 具体情况说明	无							
公众对项目不 满意的具体意 见	无							
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建议	没有							

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	程桂	性别	女	年龄	42岁	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业		民族	汉	受教育程度	高中	电话	15171655921		
居住地址	金色家园	方位		方向	米	身份证号码	422128198209210011		
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>								
调查内容	施 工 期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	运 营 期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/					
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>				
扰民与纠纷的 具体情况说明	无								
公众对项目不 满意的具体意 见	无								
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建 议	没有								

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	胡国友	性别	男	年龄	52岁	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	农民	民族	汉	受教育程度	初	电话	13197098840		
居住地址	新八小区	方位		方向	米	身份证号码	421126197202929545X		
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置, 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>								
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>				
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/					
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>				
扰民与纠纷的具体情况说明	无								
公众对项目不满意的具体意见	无								
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有								

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	叶中	性别	女	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	人	民族	汉	受教育程度	初中	电话	13477686523	
居住地址	金色家园		方位	方向	米	身份证号码	421126198803242145	
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氯消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的具体情况说明	无							
公众对项目不满意的具体意见	无							
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有							

长春市仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	梅秀云	性别	女	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	自由	民族	汉	受教育程度	高中 电话 13573851457
居住地址	新八小区	方位	方向	米	身份证号码 421126198904165786
项目基本情况	<p>项目位于长春市清河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入长春市兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》,《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的 具体情况说明	无				
公众对项目不 满意的具体意 见	无				
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建议	没有				

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	陈丹丹	性别	女	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	工人	民族	汉	受教育程度	高中 电话 13477098129
居住地址	3511小区	方位	方向	米	身份证号码 421126198805103828
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的 具体情况说明	无				
公众对项目不 满意的具体意 见	无				
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建 议	没有				

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	胡德纯	性别	男	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	医生	民族	汉	受教育程度	大专
居住地址	中奥城小区	方位	方向	米	身份证号码
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氯消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备, 主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的 具体情况说明	无				
公众对项目不 满意的具体意 见	无				
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建议	没有				

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	高为位	性别	男	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	工人	民族	汉	受教育程度	初中
居住地址	金色家园	方位	方向	米	身份证号码
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的具体情况说明	无				
公众对项目不满意的具体意见	无				
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有				

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	张精	性别	女	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	个体户	民族	汉	受教育程度	电话 13618677763
居住地址	2811小区	方位	方向	米	身份证号码 421126197808194742
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置, 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的具体情况说明	无				
公众对项目不满意的具体意见	无				
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有				

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	陈心莲	性别	女	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	农民	民族		受教育程度				电话 1871988086
居住地址	金气家园	方位	方向	米	身份证号码	421126196304294104		
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>				
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>					
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的具体情况说明	无							
公众对项目不满意的具体意见	无							
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有							

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	潘淑峰	性别	男	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 50岁
职业	农民	民族	汉	受教育程度	初中 电话 421126187008013851
居住地址	金色家园	方位	方向	米	身份证号码 13827421388
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氯消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的 具体情况说明	无				
公众对项目不 满意的具体意 见	无				
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建 议	没有				

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	周平	性别	女	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁 <input checked="" type="checkbox"/>
职业	教师	民族	汉	受教育程度	大专 电话 15809710659
居住地址	金色家园	方位	方向	米	身份证号码 121126196410140260
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110（泰安路侧门 1-2 层），总投资 300 万元，其中环保投资 20 万元，设置 22 张床位（无传染病床）。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元，加强通风及绿化来减少逸散；医学检测废气采用加强通风来减少对环境影响；柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境影响；项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理，处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池（活性氧消毒），处理能力为 5m³/d；项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备，合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响；项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置；医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置；污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置，不对外排放，对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016），目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作，现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议，请您填写公众参与意见调查表，多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故（如有，请注明原因）	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的具体情况说明	无				
公众对项目不满意的具体意见	无				
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有				

长春市仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	姜阳春	性别	女	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 <input checked="" type="checkbox"/> 50岁
职业	农民	民族	汉	受教育程度	高中 电话 18217739377
居住地址	农安镇	方位		方向 米	身份证号码 421126197003076028
项目基本情况	<p>项目位于农安县农安镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影 响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影 响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目 医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入农安县兴龙污水处理厂 进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理 能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗 废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存 间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托 有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》,《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见 及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置 对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护 工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的 具体情况说明	无				
公众对项目不 满意的具体意 见	无				
您对该项目的 环境保护工作 有何意见和建议	没有				

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	汪芳	性别	女	年龄	<30岁	30-39岁	40-50岁	>50岁
职业	工人	民族	汉	受教育程度		电话	1532726295	
居住地址	金色家园	方位		方向	米	身份证号码	421126198009094029	
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>							
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/			
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>			
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/				
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>			
扰民与纠纷的具体情况说明	无							
公众对项目不满意的具体意见	无							
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有							

蕪春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	孙芳	性别	女	年龄	<30岁 <input type="checkbox"/> 30-39岁 <input checked="" type="checkbox"/> 40-50岁 <input type="checkbox"/> >50岁 <input type="checkbox"/>
职业	工人	民族	汉	受教育程度	高中 电话 13774270064
居住地址	金色家园	方位		方向 米	身份证号码 421126199012176928
项目基本情况	<p>项目位于蕪春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕪春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/	
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的具体情况说明	无				
公众对项目不满意的具体意见	无				
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有				

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	李健	性别	男	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	农民	民族	汉	受教育程度	初中
居住地址	金色家园	方位	方向	米	身份证号码
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境的影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境的影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氧消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》, 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的具体情况说明	无				
公众对项目不满意的具体意见	无				
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有				

蕲春县仁瑞医院项目竣工环境保护验收公众意见调查表

姓名	张红红	性别	女	年龄	<30岁 30-39岁 40-50岁 >50岁
职业	教师	民族	汉	受教育程度	电话 17096401863
居住地址	中港城小区	方位	方向	米	身份证号码 4211261987051822
项目基本情况	<p>项目位于蕲春县漕河镇夏漕社区金色家园 5-S-110 (泰安路侧门 1-2 层), 总投资 300 万元, 其中环保投资 20 万元, 设置 22 张床位 (无传染病床)。</p> <p>项目运营期废气主要为污水处理站恶臭、医学检测废气以及柴油发电机燃油废气。项目污水处理站恶臭采用密闭加盖污水处理单元, 加强通风及绿化来减少逸散; 医学检测废气采用加强通风来减少对环境影响; 柴油发电机燃油废气采取加强通风换气来减少对环境影响; 项目运营期废水主要为医疗废水。项目医疗废水经化粪池处理后排入污水处理站处理, 处理达标后经市政污水管网进入蕲春县兴龙污水处理厂进行后续处理。污水处理站处理工艺为调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池 (活性氯消毒), 处理能力为 5m³/d; 项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调外机等设备。主要通过选用低噪声设备, 合理布局、隔声、减振、绿化等措施降低噪声对周围环境的影响; 项目运营期固废主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥。项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门处置; 医疗废物暂存于医疗废物暂存间, 定期交由黄冈市隆中环保有限公司处置; 污水处理站污泥经消毒脱水后暂存于医疗废物暂存间, 委托有资质单位处置。项目固体废物均能得到合理处置, 不对外排放, 对周围环境不会造成污染影响。</p> <p>据国务院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ 794-2016), 目前本项目正在开展竣工环境保护竣工验收工作, 现征求您对该项目有关环境保护方面的意见及建议, 请您填写公众参与意见调查表, 多谢合作。</p>				
调查内容	施工期	噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		扬尘对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		是否有扰民现象或纠纷	有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	运营期	废气对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		废水对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		噪声对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
		固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响 <input checked="" type="checkbox"/>	影响较轻 <input type="checkbox"/>	影响较重 <input type="checkbox"/>
	是否发生过环境污染事故 (如有, 请注明原因)		有 <input type="checkbox"/>	没有 <input checked="" type="checkbox"/>	/
	您对该院本项目的环境保护工作满意程度		满意 <input checked="" type="checkbox"/>	较满意 <input type="checkbox"/>	不满意 <input type="checkbox"/>
扰民与纠纷的具体情况说明	无				
公众对项目不满意的具体意见	无				
您对该项目的环境保护工作有何意见和建议	没有				

附件 9 说明

说 明

我院已知晓《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中规定建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体及建设单位不得提出验收合格意见的 9 种情形。我院自行组织对《蕪春县仁瑞医院项目》配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统备案。

单位名称（盖章）：

日期：2024 年 6 月

